

検体 NO	検体採取 日時	検査 担当者	検体採取場所			細菌数					ET値			院長	副院長	事務長	透析液安全 管理責任者	
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	印	印	印	印
1	2015/12/7	福田	DCG-03	2	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/12/14	○	<0.0006316	<0.001	○	On Line HDF 機種			
2	2015/12/7	福田	DCG-03	14	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/12/14	○	<0.0006316	<0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2015/12/7	福田	DCG-03	29	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/12/14	○	<0.0006316	<0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2015/12/7	福田	DCG-03	37	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/12/14	○	<0.0006316	<0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2015/12/7	福田	DCG-03	38	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/12/14	○	<0.0006316	<0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2015/12/7	福田	DCG-03	39	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/12/14	○	<0.0006316	<0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2015/12/7	福田	DCG-03	40	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/12/14	○	<0.0006316	<0.001	○	On Line HDF 機種			
8	2015/12/7	福田	DCG-03	41	前	50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/12/14	○	<0.0006316	<0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2015/12/14	福田	DCS-27	27	前	50	0	0	<0.1	2015/12/21	○	<0.0006316	<0.05	○				
10	2015/12/14	福田	DCS-27	28	前	50	0	0	<0.1	2015/12/21	○	<0.0006316	<0.05	○				
11	2015/12/14	福田	DCS-27	30	前	50	0	0	<0.1	2015/12/21	○	<0.0006316	<0.05	○				
12	2015/12/14	福田	MIZ			50	0	0	<0.1	2015/12/21	○	<0.0006316	<0.05	○				
13	2015/12/14	福田	DAB-E			50	0	0	<10 ⁻⁶	2015/12/21	○	<0.0006316	<0.001	○				
14																		

