検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2018/4/2	松原	DBB-27	1	前	50	0	0	＜0.1	2018/4/9	○	0.0006578	＜0.05	○				
2	2018/4/3	松原	DCG-03	2	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2018/4/10	○	0.0006578	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2018/4/3	松原	DCG-03	2	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2018/4/9	○	0.0006578	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2018/4/2	松原	DCS-27	3	前	50	0	0	＜0.1	2018/4/9	○	0.0006578	＜0.05	○				
5	2018/4/2	松原	DCS-27	4	前	50	0	0	＜0.1	2018/4/9	○	0.0006578	＜0.05	○				
6	2018/4/2	松原	MIZ		前	50	0	0	＜0.1	2018/4/9	○	0.0006578	＜0.05	○				
7	2018/4/2	松原	DAB-E		前	50	0	0	$<10^{-6}$	2018/4/9	○	0.0006578	＜0.001	○				
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2018/5/14	西村	DCS-27	5	前	50	0	0	＜0.1	2018/5/21	○	<0.0006578	＜0.05	○				
2	2018/5/14	西村	DCS-27	6	前	50	0	0	＜0.1	2018/5/21	○	<0.0006578	＜0.05	○				
3	2018/5/14	西村	DCS-27	7	前	50	0	0	＜0.1	2018/5/21	○	<0.0006578	＜0.05	○				
4	2018/5/14	西村	DCX-100NX	8	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2018/5/21	○	<0.0006578	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2018/5/14	西村	DCX-100NX	8	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2018/5/21	○	<0.0006578	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2018/6/4	茂木	DCS-27	9	前	0	0	0	＜0.1	2018/6/12	○	0.0006578	＜0.05	○				
2	2018/6/4	茂木	DCS-27	10	前	0	0	0	＜0.1	2018/6/12	○	0.0006578	＜0.05	○				
3	2018/6/4	茂木	DCS-27	11	前	0	0	0	＜0.1	2018/6/12	○	0.0006578	＜0.05	○				
4	2018/6/4	茂木	DCG-03	15	前	0	0	0	$<10^{-6}$	2018/6/12	○	0.0006578	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2018/6/4	茂木	DCG-03	15	前	0	0	0	$<10^{-6}$	2018/6/12	○	0.0006578	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2018/7/2	中嶋	DCS-27	12	前	50	0	0	＜0.1	2018/7/9	○	0.0006578	＜0.05	○				
2	2018/7/2	中嶋	DCS-27	13	前	50	0	0	＜0.1	2018/7/9	○	0.0006578	＜0.05	○				
3	2018/7/2	中嶋	DCS-27	14	前	50	0	0	＜0.1	2018/7/9	○	0.0006578	＜0.05	○				
4	2018/7/2	中嶋	DCX-100NX	23	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2018/7/9	○	0.0006578	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2018/7/2	中嶋	DCX-100NX	23	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2018/7/9	○	0.0006578	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2018/7/2	中嶋	MIZ		前	50	0	0	＜0.1	2018/7/9	○	0.0006578	＜0.05	○				
7	2018/7/2	中嶋	DAB-E		前	50	0	0	$<10^{-6}$	2018/7/9	○	0.0006578	＜0.001	○				
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2018/8/6		DCS-27	16	前	50	0	0	＜0.1	2018/8/20	○	<0.0006578	＜0.05	○				
2	2018/8/6		DCS-27	17	前	50	0	0	＜0.1	2018/8/20	○	<0.0006578	＜0.05	○				
3	2018/8/6		DCS-27	18	前	50	0	0	＜0.1	2018/8/20	○	<0.0006578	＜0.05	○				
4	2018/8/6		DCX-100NX	24	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2018/8/20	○	<0.0006578	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2018/8/6		DCX-100NX	24	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2018/8/20	○	<0.0006578	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2018/9/3	松原	DCS-27	19	前	50	0	0	＜0.1	2018/9/10	○	0.0006831	＜0.05	○				
2	2018/9/3	松原	DCS-27	20	前	50	0	0	＜0.1	2018/9/10	○	0.0006831	＜0.05	○				
3	2018/9/3	松原	DCS-27	21	前	50	0	0	＜0.1	2018/9/10	○	0.0006831	＜0.05	○				
4	2018/9/3	松原	DCG-03	32	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2018/9/10	○	0.0006831	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2018/9/3	松原	DCG-03	32	前	50	1	0.02	$<10^{-6}$	2018/9/10	×	0.0006831	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2018/9/10	松原	DCG-03	32	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2018/9/17	○				再度採取し、確認			
7	2018/9/10	松原	DCG-03	32	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2018/9/17	○				再度採取し、確認			
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2018/10/8	茂木	DCS-27	22	前	50	0	0	＜0.1	2018/10/16	○	0.0006831	＜0.05	○				
2	2018/10/8	茂木	DCS-27	25	前	50	0	0	＜0.1	2018/10/16	○	0.0006831	＜0.05	○				
3	2018/10/8	茂木	DCS-27	26	前	50	0	0	＜0.1	2018/10/16	○	0.0006831	＜0.05	○				
4	2018/10/8	茂木	DCX-100NX	39	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2018/10/16	○	0.0006831	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2018/10/8	茂木	DCX-100NX	39	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2018/10/16	○	0.0006831	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2018/10/8	茂木	MIZ		前	50	0	0	＜0.1	2018/10/16	○	0.0006831	＜0.05	○				
7	2018/10/8	茂木	DAB-E		前	50	0	0	$<10^{-6}$	2018/10/16	○	0.0006831	＜0.001	○				
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2018/11/5	赤石	DCS-27	27	前	50	0	0	＜0.1	2018/11/12	○	0.0006831	＜0.05	○				
2	2018/11/5	赤石	DCS-27	28	前	50	0	0	＜0.1	2018/11/12	○	0.0006831	＜0.05	○				
3	2018/11/5	赤石	DCS-27	29	前	50	0	0	＜0.1	2018/11/12	○	0.0006831	＜0.05	○				
4	2018/11/5	赤石	DCG-03	41	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2018/11/12	○	0.0006831	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2018/11/5	赤石	DCG-03	41	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2018/11/12	○				On Line HDF 機種			
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2018/12/3	松原	DCS-27	30	前	50	0	0	＜0.1	2018/12/10	○	0.0007020	＜0.05	○				
2	2018/12/3	松原	DCS-27	31	前	50	0	0	＜0.1	2018/12/10	○	0.0007020	＜0.05	○				
3	2018/12/3	松原	DCS-27	33	前	50	0	0	＜0.1	2018/12/10	○	0.0007020	＜0.05	○				
4	2018/12/3	松原	DCG-03	42	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2018/12/10	○	0.0007020	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2018/12/3	松原	DCG-03	42	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2018/12/10	○	0.0007020	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2019/1/7	赤石	DCS-27	34	前	50	0	0	＜0.1	2019/1/21		0.0007020	＜0.05	○				
2	2019/1/7	赤石	DCS-27	35	前	50	0	0	＜0.1	2019/1/21		0.0007020	＜0.05	○				
3	2019/1/7	赤石	DCS-27	36	前	50	0	0	＜0.1	2019/1/21		0.0007020	＜0.05	○				
4	2019/1/7	赤石	DCG-03	43	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2019/1/21		0.0007020	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2019/1/7	赤石	DCG-03	43	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2019/1/21					On Line HDF 機種			
6	2019/1/7	赤石	MIZ		前	50	0	0	＜0.1	2019/1/21		0.0007020	＜0.05					
7	2019/1/7	赤石	DAB-E		前	50	0	0	$<10^{-6}$	2019/1/21		0.0007020	＜0.001					
8						今回のみ生菌採取2019/1/14												
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2019/2/11	西村	DCS-27	37	前	50	0	0	＜0.1	2019/2/19	○	0.0007020	＜0.05	○				
2	2019/2/11	西村	DCS-27	38	前	50	0	0	＜0.1	2019/2/19	○	0.0007020	＜0.05	○				
3	2019/2/11	西村	DCG-03	44	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2019/2/19	○	0.0007020	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2019/2/11	西村	DCG-03	44	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2019/2/19	○	0.0007020	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2019/3/11	茂木	DCS-27	40	前	50	0	0	＜0.1	2019/3/18	○	0.000702	＜0.05	○				
2	2019/3/11	茂木	DBG-03	46	前	50	0	0	＜0.1	2019/3/18	○	0.000702	＜0.05	○				
3	2019/3/11	茂木	DCG-03	45	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2019/3/18	○	0.000702	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2019/3/11	茂木	DCG-03	45	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2019/3/18	○	0.000702	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		