検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2019/4/1	中嶋	DBB-27	1	前	50	0	0	＜0.1	2019/4/8	○	0.0007020	＜0.05	○				
2	2019/4/1	中嶋	DCG-03	2	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2019/4/8	○	0.0007020	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2019/4/1	中嶋	DCG-03	2	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2019/4/8	○	0.0007020	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2019/4/1	中嶋	DCS-27	3	前	50	0	0	＜0.1	2019/4/8	○	0.0007020	＜0.05	○				
5	2019/4/1	中嶋	DCS-27	4	前	50	0	0	＜0.1	2019/4/8	○	0.0007020	＜0.05	○				
6	2019/4/1	中嶋	MIZ		前	50	0	0	＜0.1	2019/4/8	○	0.0007020	＜0.05	○				
7	2019/4/1	中嶋	DAB-E		前	50	0	0	$<10^{-6}$	2019/4/8	○	0.0007020	＜0.001	○				
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2019/5/13	松原	DCS-27	5	前	50	0	0	＜0.1	2019/5/20	○	0.0007020	＜0.05	○				
2	2019/5/13	松原	DCS-27	6	前	50	0	0	＜0.1	2019/5/20	○	0.0007020	＜0.05	○				
3	2019/5/13	松原	DCS-27	7	前	50	0	0	＜0.1	2019/5/20	○	0.0007020	＜0.05	○				
4	2019/5/13	松原	DCX-100NX	8	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2019/5/20	○	0.0007020	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2019/5/13	松原	DCX-100NX	8	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2019/5/20	○	0.0007020	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2019/6/3	赤石	DCS-27	9	前	50	0	0	＜0.1	2019/6/10	○	0.0007020	＜0.05	○				
2	2019/6/3	赤石	DCS-27	10	前	50	0	0	＜0.1	2019/6/10	○	0.0007020	＜0.05	○				
3	2019/6/3	赤石	DCS-27	11	前	50	0	0	＜0.1	2019/6/10	○	0.0007020	＜0.05	○				
4	2019/6/3	赤石	DCG-03	15	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2019/6/10	○	0.0007020	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2019/6/3	赤石	DCG-03	15	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2019/6/10	○	－			On Line HDF 機種			
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2019/7/8	西村	DCS-27	12	前	50	0	0	＜0.1	2019/7/22	○	＜0.000702 L	＜0.05	○				
2	2019/7/8	西村	DCS-27	13	前	50	0	0	＜0.1	2019/7/22	○	＜0.000703 L	＜0.05	○				
3	2019/7/8	西村	DCS-27	14	前	50	0	0	＜0.1	2019/7/22	○	＜0.000704 L	＜0.05	○				
4	2019/7/8	西村	DCX-100NX	23	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2019/7/22	○	＜0.000705 L	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2019/7/8	西村	DCX-100NX	23	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2019/7/22	○	＜0.000706 L	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2019/7/8	西村	MIZ		前	50	0	0	＜0.1	2019/7/22	○	＜0.000707 L	＜0.05	○				
7	2019/7/8	西村	DAB-E		前	50	0	0	$<10^{-6}$	2019/7/22	○	＜0.000708 L	＜0.001	○				
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2019/8/5	茂木	DCS-27	16	前	50	0	0	＜0.1	2019/8/13	○	＜0.000702	＜0.05	○				
2	2019/8/5	茂木	DCS-27	17	前	50	0	0	＜0.1	2019/8/13	○	＜0.000702	＜0.05	○				
3	2019/8/5	茂木	DCS-27	18	前	50	0	0	＜0.1	2019/8/13	○	＜0.000702	＜0.05	○				
4	2019/8/5	茂木	DCX-100NX	24	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2019/8/13	○	＜0.000702	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2019/8/5	茂木	DCX-100NX	24	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2019/8/13	○	＜0.000702	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2019/9/2	中嶋	DCS-27	19	前	50	0	0	＜0.1	2019/9/9	○	0.0007020	＜0.05	○				
2	2019/9/2	中嶋	DCS-27	20	前	50	0	0	＜0.1	2019/9/9	○	0.0007020	＜0.05	○				
3	2019/9/2	中嶋	DCS-27	21	前	50	0	0	＜0.1	2019/9/9	○	0.0007020	＜0.05	○				
4	2019/9/2	中嶋	DCG-03	32	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2019/9/9	○	0.0007020	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2019/9/2	中嶋	DCG-03	32	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2019/9/9	○	0.0007020	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2019.10.7	赤石	DCS-27	22	前	50	0	0	＜0.1	2019/10/14		0.0007020	＜0.05	○				
2	2019.10.7	赤石	DCS-27	25	前	50	0	0	＜0.1	2019/10/14		0.0007020	＜0.05	○				
3	2019.10.7	赤石	DCS-27	26	前	50	0	0	＜0.1	2019/10/14		0.0007020	＜0.05	○				
4	2019.10.7	赤石	DCX-100NX	39	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2019/10/14		0.0007020	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2019.10.7	赤石	DCX-100NX	39	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2019/10/14		－	－		On Line HDF 機種			
6	2019.10.7	赤石	MIZ		前	50	0	0	＜0.1	2019/10/14		0.0007020	＜0.05	○				
7	2019.10.7	赤石	DAB-E		前	50	0	0	$<10^{-6}$	2019/10/14		0.0007020	＜0.001	○				
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2019/11/4	土田	DCS-27	27	前	50	0	0	＜0.1	2019/11/11	○	0.0007020	＜0.05	○				
2	2019/11/4	土田	DCS-27	28	前	50	0	0	＜0.1	2019/11/11	○	0.0007020	＜0.05	○				
3	2019/11/4	土田	DCS-27	29	前	50	0	0	＜0.1	2019/11/11	○	0.0007020	＜0.05	○				
4	2019/11/4	土田	DCG-03	41	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2019/11/11	○	0.0007020	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2019/11/4	土田	DCG-03	41	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2019/11/11	○	－	－		On Line HDF 機種			
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1		西村	DCS-27	30	前				＜0.1				＜0.05					
2		西村	DCS-27	31	前				＜0.1				＜0.05					
3		西村	DCS-27	33	前				＜0.1				＜0.05					
4		西村	DCG-03	42	前				$<10^{-6}$				＜0.001		On Line HDF 機種			
5		西村	DCG-03	42	前				$<10^{-6}$				＜0.001		On Line HDF 機種			
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2020/1/13	茂木	DCS-27	34	前	50	0	0	＜0.1	2020/1/20	○	<0.000702	＜0.05	○				
2	2020/1/13	茂木	DCS-27	35	前	50	0	0	＜0.1	2020/1/20	○	<0.000702	＜0.05	○				
3	2020/1/13	茂木	DCS-27	36	前	50	0	0	＜0.1	2020/1/20	○	<0.000702	＜0.05	○				
4	2020/1/13	茂木	DCG-03	43	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2020/1/20	○	<0.000702	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2020/1/13	茂木	DCG-03	43	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2020/1/20	○	<0.000702	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2020/1/13	茂木	MIZ		前	50	0	0	＜0.1	2020/1/20	○	<0.000702	＜0.05	○				
7	2020/1/13	茂木	DAB-E		前	50	0	0	$<10^{-6}$	2020/1/20	○	<0.000702	＜0.001	○				
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU／	規格値（CFU／	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2020/2/3	中嶋	DCS-27	37	前	50	0	0	＜0.1	2020/2/10	○	<0.0007020	＜0.05	○				
2	2020/2/3	中嶋	DCS-27	38	前	50	0	0	＜0.1	2020/2/10	○	<0.0007020	＜0.05	○				
3	2020/2/3	中嶋	DCG-03	44	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2020/2/10	○	<0.0007020	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2020/2/3	中嶋	DCG-03	44	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2020/2/10	○	<0.0007020	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2020/3/9	赤石	DCS-27	40	前	50	0	0	＜0.1	2020/3/16	○	0.0007020	＜0.05	○				
2	2020/3/2	赤石	DBG-03	46	前	50	0	0	＜0.1	2020/3/9	○	0.0007020	＜0.05	○				
3	2020/3/2	赤石	DCG-03	45	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2020/3/9	○	0.0007020	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2020/3/2	赤石	DCG-03	45	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2020/3/9	○	－	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		