検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2021/4/12	茂木	DBB-27	1	前	50	0	0	＜0.1	2021/4/19	○	<0.000702	＜0.05	○				
2	2021/4/12	茂木	DCG-03	2	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2021/4/19	○	<0.000702	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
3	2021/4/12	茂木	DCG-03	2	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2021/4/19	○	<0.000702	＜0.001	○	On Line HDF 機種補液			
4	2021/4/12	茂木	DCS-27	3	前	50	0	0	＜0.1	2021/4/19	○	<0.000702	＜0.05	○				
5	2021/4/12	茂木	DCS-27	4	前	50	0	0	＜0.1	2021/4/19	○	<0.000702	＜0.05	○				
6	2021/4/12	茂木	MIZ		前	50	0	0	＜0.1	2021/4/19	○	<0.000702	＜0.05	○				
7	2021/4/12	茂木	DAB-E		前	50	0	0	$<10^{-6}$	2021/4/19	○	<0.000702	＜0.001	○				
8	2021/4/12	茂木	DCS-200Si	46	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2021/4/19	○	<0.000702	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
9	2021/4/12	茂木	DCS-200Si	46	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2021/4/19	○	<0.000702	＜0.001	○	On Line HDF 機種補液			
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2021/5/3	中嶋	DCS-27	5	前	50	0	0	＜0.1	2021/5/10	○	0.0007020	＜0.05	○				
2	2021/5/3	中嶋	DCS-27	6	前	50	0	0	＜0.1	2021/5/10	○	0.0007020	＜0.05	○				
3	2021/5/3	中嶋	DCS-27	7	前	50	0	0	＜0.1	2021/5/10	○	0.0007020	＜0.05	○				
4	2021/5/3	中嶋	DCX-100NX	8	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2021/5/10	○	0.0007020	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2021/5/3	中嶋	DCX-100NX	8	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2021/5/10	○	0.0007020	＜0.001	○	On Line HDF 機種補液			
6	2021/5/3	中嶋	DCS-200Si	46	前	50	0	0	<10-6	2021/5/10	○	0.0007020	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
7	2021/5/3	中嶋	DCS-200Si	46	前	50	0	0	<10-6	2021/5/10	○	0.0007020	＜0.001	○	On Line HDF 機種補液			
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2021/6/7	赤石	DCS-27	9	前	50	0	0	＜0.1	2021/6/14	○	0.0007020	＜0.05	○				
2	2021/6/7	赤石	DCS-27	10	前	50	0	0	＜0.1	2021/6/14	○	0.0007020	＜0.05	○				
3	2021/6/7	赤石	DCS-27	11	前	50	0	0	＜0.1	2021/6/14	○	0.0007020	＜0.05	○				
4	2021/6/7	赤石	DCG-03	15	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2021/6/14	○	0.0007020	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2021/6/7	赤石	DCG-03	15	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2021/6/14	○	0.0007020	＜0.001	○	On Line HDF 機種補液			
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2021/7/5	土田	DCS-27	12	前	50	0	0	＜0.1	2021/7/12	○	0.0007020	＜0.05	○				
2	2021/7/5	土田	DCS-27	13	前	50	0	0	＜0.1	2021/7/12	○	0.0007020	＜0.05	○				
3	2021/7/5	土田	DCS-27	14	前	50	0	0	＜0.1	2021/7/12	○	0.0007020	＜0.05	○				
4	2021/7/5	土田	DCX-100NX	23	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2021/7/12	○	0.0007020	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2021/7/5	土田	DCX-100NX	23	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2021/7/12	○	0.0007020	＜0.001	○	On Line HDF 機種補液			
6	2021/7/5	土田	MIZ		前	50	0	0	＜0.1	2021/7/12	○	0.0007020	＜0.05	○				
7	2021/7/5	土田	DAB-E		前	50	0	0	$<10^{-6}$	2021/7/12	○	0.0007020	＜0.001	○				
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2021/8/5	西村	DCS-27	16	前	50	0	0	＜0.1	2021/8/23	○	＜ 0.000702 L	＜0.05	○				
2	2021/8/5	西村	DCS-27	17	前	50	0	0	＜0.1	2021/8/23	○	＜ 0.000702 L	＜0.05	○	1回目、0.001441 L。判定○であるが2回測定			
3	2021/8/5	西村	DCS-27	18	前	50	0	0	＜0.1	2021/8/23	○	＜ 0.000702 L	＜0.05	○				
4	2021/8/5	西村	DCX-100NX	24	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2021/8/23	○	＜ 0.000702 L	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
6	2021/8/5	西村	DCX-100NX	24	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2021/8/23	○	＜ 0.000702 L	＜0.001	○	On Line HDF 機種補液			
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2021/9/13	茂木	DCS-27	19	前	50	0	0	＜0.1	2021/9/22	○	＜0.000702 L	＜0.05	○				
2	2021/9/13	茂木	DCS-27	20	前	50	0	0	＜0.1	2021/9/22	○	＜0.000702 L	＜0.05	○				
3	2021/9/13	茂木	DCS-27	21	前	50	0	0	＜0.1	2021/9/22	○	＜0.000702 L	＜0.05	○				
4	2021/9/13	茂木	DCG-03	32	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2021/9/22	○	＜0.0007491 L	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2021/9/13	茂木	DCG-03	32	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2021/9/22	○	＜0.0007491 L	＜0.001	○	On Line HDF 機種補液			
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2021/10/4	中嶋	DCS-27	22	前	50	0	0	＜0.1	2021/10/11	○	0.0007491	＜0.05	○				
2	2021/10/4	中嶋	DCS-27	25	前	50	0	0	＜0.1	2021/10/11	○	0.0007491	＜0.05	○				
3	2021/10/4	中嶋	DCS-27	26	前	50	0	0	＜0.1	2021/10/11	○	0.0007491	＜0.05	○				
4	2021/10/4	中嶋	DCX-100NX	39	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2021/10/11	○	0.0007491	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2021/10/4	中嶋	DCX-100NX	39	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2021/10/11	○	0.0007491	＜0.001	○	On Line HDF 機種補液			
6	2021/10/4	中嶋	MIZ		前	50	0	0	＜0.1	2021/10/11	○	0.0007491	＜0.05	○				
7	2021/10/4	中嶋	DAB-E		前	50	0	0	$<10^{-6}$	2021/10/11	○	0.0007491	＜0.001	○				
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2021/11/1	赤石	DCS-27	27	前	50	0	0	＜0.1	2021/11/8	○	0.0007491	＜0.05	○				
2	2021/11/1	赤石	DCS-27	28	前	50	0	0	＜0.1	2021/11/8	○	0.0007491	＜0.05	○				
3	2021/11/1	赤石	DCS-27	29	前	50	0	0	＜0.1	2021/11/8	○	0.0007491	＜0.05	○				
4	2021/11/1	赤石	DCG-03	41	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2021/11/8	○	0.0007491	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2021/11/1	赤石	DCG-03	41	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2021/11/8	○	0.0007491	＜0.001	○	On Line HDF 機種補液			
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2021/12/13	土田	DCS-27	30	前	50	0	0	＜0.1	2021/12/21	○	0.0007491	＜0.05	○				
2	2021/12/13	土田	DCS-27	31	前	50	0	0	＜0.1	2021/12/21	○	0.0007491	＜0.05	○				
3	2021/12/13	土田	DCS-27	33	前	50	0	0	＜0.1	2021/12/21	○	0.0007491	＜0.05	○				
4	2021/12/13	土田	DCG-03	42	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2021/12/21	○	0.0007491	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2021/12/13	土田	DCG-03	42	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2021/12/21	○	0.0007491	＜0.001	○	On Line HDF 機種補液			
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2022/1/10	西村	DCS-27	34	前	50	0	0	＜0.1	2022/1/24	○	＜0.0007491	＜0.05	○				
2	2022/1/10	西村	DCS-27	35	前	50	0	0	＜0.1	2022/1/24	○	＜0.0007491	＜0.05	○				
3	2022/1/10	西村	DCS-27	36	前	50	0	0	＜0.1	2022/1/24	○	＜0.0007491	＜0.05	○				
4	2022/1/10	西村	DCG-03	43	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2022/1/24	○	＜0.0007491	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
5	2022/1/10	西村	DCG-03	43	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2022/1/24	○	＜0.0007491	＜0.001	○	On Line HDF 機種補液			
6	2022/1/10	西村	MIZ		前	50	0	0	＜0.1	2022/1/24	○	＜0.0007491	＜0.05	○				
7	2022/1/10	西村	DAB-E		前	50	0	0	$<10^{-6}$	2022/1/24	○	＜0.0007491	＜0.001	○				
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2022/2/14	茂木	DCS-27	37	前	50	0	0	＜0.1	2022/2/21	○	0.0007491	＜0.05	○				
2	2022/2/14	茂木	DCS-27	38	前	50	0	0	＜0.1	2022/2/21	○	0.0007491	＜0.05	○				
3	2022/2/14	茂木	DCG-03	44	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2022/2/21	○	0.0007491	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2022/2/14	茂木	DCG-03	44	前	50	0	0	$<10^{-6}$	2022/2/21	○	0.0007491	＜0.001	○	On Line HDF 機種補液			
5	2022/2/14	茂木	DBB-200Si	1	前	50	0	0	＜0.1	2022/2/21	○	0.0007491	＜0.05	○				
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		

検体	透析液清浄化管理														院長	副院長	事務長	透析液安全管理責任者
NO	検体採取日時	検査担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			印	印	印	印
			採取装置	No	透析器	検体量（mL）	測定値（CFU）	換算値（CFU/mL）	規格値（CFU/mL）	判定日	判定	測定値（EU/mL）	規格値（EU/mL）	判定	コメント			
1	2022/3/7	中嶋	DCS-27	40	前	50			＜0.1	2022/3/14		0.0007490	＜0.05	○				
2	2022/3/7	中嶋	DBB-200Si	47	前	50			＜0.1	2022/3/14		0.0829000	＜0.05					
3	2022/3/7	中嶋	DCG-03	45	前	50			$<10^{-6}$	2022/3/14		0.0007490	＜0.001	○	On Line HDF 機種			
4	2022/3/7	中嶋	DCG-03	45	前	50			$<10^{-6}$	2022/3/14		0.0007490	＜0.001	○	On Line HDF 機種補液			
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		