









検体 NO	検体採取 日時	検査 担当者	検体採取場所			細菌数						ET値			院長	副院長	事務長	透析液安全 管理責任者
			採取装置	No	透析器	検体量 (mL)	測定値 (CFU)	換算値 (CFU/ mL)	規格値 (CFU/ mL)	判定日	判定	測定値 (EU/ mL)	規格値 (EU/ mL)	判定	印	印	印	印
1	8月22日	井上	DBB-27	17	前	50	0		<0.1	8月29日	○	0.0005	<0.05	○	コメント			
2	8月22日	井上	DCS-27	18	前	50	0	0	<0.1	8月29日	○	0.0005	<0.05	○	コメント			
3	8月22日	井上	DCS-27	19	前	50	0	0	<0.1	8月29日	○	0.0005	<0.05	○	コメント			
4	8月22日	井上	MIZ		前	50	0	0	<0.1	8月29日	○	0.0006	<0.05	○	コメント			
5	8月22日	井上	DAB-E		前	50	0	0	<0.1	8月29日	○	0.0006	<0.05	○	コメント			
6															コメント			
7															コメント			
8															コメント			
9															コメント			
10															コメント			
11															コメント			
12															コメント			













